РОССЕТИ СИБИРЬ

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СИБИРИ» - «ЧИТАЭНЕРГО

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Служба метрологии и ККЭЭ
Аттестат аккредитации на право проведения поверочных работ
зарегистрирован в Реестре под № 1575 от 28.06.2013 г.
Шифр поверительного клейма «ВФС»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 256

МСКЮ 18008069516

Действительно до “ 19” февраля 2021 г.

Средство измерений: Измеритель сопротивления заземления
наименование, тип, модификация средств измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

ИС-20/1 **Госреестр № 53720-13**

заводской (серийный) номер : 0101

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в соответствии с описанием типа
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений)

в соответствии с РАПМ.411212.002 РЭ раздел 6
наименование или обозначение документа, на основании которого была выполнена поверка

с применением эталонов: катушка электрического сопротивления Р321 № 084338, магазин сопротивлений Р4831 № 12874 КТ 0,02 калибратор Н4-11 № 13807 КТ 0,2
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 20,1° С; относительная влажность воздуха 41,9 %; атмосферное давление 700 мм рт. ст.; напряжение питающей сети 220,9 В
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической)
ненужное зачеркнуть
поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки

Начальник лаборатории — подпись — Викулова Ольга Валерьевна
Должность руководителя поверочной или другого уполномоченного лица — *фамилия, имя и отчество*

Поверитель — подпись — Викулова Ольга Валерьевна
фамилия, имя и отчество

Дата поверки « 20 » февраля 2020 г.